CRYO SYSTEM

FLARE HISTORICAL DATA - VAPOR PUMP REGENERATION

Back to Menu



Pen Name	Description	Value	Eng Units	High Over R...	Low Over R...
PAB_S1.TE_73_HAR_REAL_C....	Vapor pump internal regn htr temper...	400.00	C	3,276.70	119.30
PAB_S1.HTR_72_HAR_REAL....	Heater output expressed as a percent	12.5	percent	40.0	0.0
PAB_S1.TE_81_HAR_REAL_C....	VVapor pump filter bed near ID	329.10	C	3,276.70	105.40
PAB_S1.TE_82_HAR_REAL...	**Vapor pump filter bed near OD**	**236.50**	**C**	**3,276.70**	**84.40**
PAB_S1.TE_83_HAR_REAL_C....	Vapor pump filter bed middle	318.20	C	3,276.70	102.80
PAB_S1.TE_76_AR_REAL_C.F...	Vapor pump cup temperature	142.80	C	3,276.70	31.50
PAB_S1.AE_52_HAR_REAL_P...	O2 Filter Far Dewpoint Meter ppm	943.35	ppm v/v	3,090.38	2.34

1/14/2008 5:33:31 AM

1/16/2008 3:38:31 PM